

采购需求

一、项目概述

南充市第四人民医院拟采购 2025 年第一批耗材配送服务一项，本项目分为 1 个包。

二、采购清单及技术参数要求

★（一）采购清单

序号	名称	型号	规格	单价最高 限价(元)	单位	预估 使用量	是否挂 网产品
1	一次性使用袋式 输液器 1	单插结构、分液袋 250ml、带加药件、 带挂环。	0.7*25mm TW LB	2.48	支	3725	是
2	一次性使用袋式 输液器 2	单插结构、分液袋 250ml、带加药件、 带挂环。	0.55*20mm TW LB	1.58	支	1550	是
3	一次性使用输液 器 带针 1	配双塑插双排气 管、螺口。	0.55*20mm TW LB	1.5	支	47592	是
4	一次性使用输液 器 带针 2	配双塑插双排气 管、螺口。	0.7*25mm TW LB	2.55	支	13925	是
5	一次性使用输液 器 带针 3	配单塑插、螺口。	0.7*25mm TW LB	0.9	支	13925	是
6	一次性使用输液 器 带针 4	配单塑插、螺口。	0.55*20mm TW LB	0.95	支	13175	是
7	一次性使用无菌 阴道扩张器		中号	0.85	支	24040	是
8	一次性使用配药 用注射器	30ml	1.6*30mm TW CZ	0.8	支	99730	是
9	一次性使用无菌 注射器 带针 1	20ml	1.2*30mm TW LB	0.65	支	14900	是
10	一次性使用无菌 注射器 带针 2	50ML 螺口	1.2*30mm TW LB	2.4	支	7650	是
11	一次性使用无菌 注射器 带针 3	10ml 螺口	0.8*30mm TW LB	1.23	支	33760	是
12	一次性使用无菌 注射器 带针 4	5ml	0.7*30mm TW LB	0.24	支	87000	是
13	一次性使用无菌 注射器 带针 5	2ml	0.5*20mm RW LB	0.37	支	33000	是
14	一次性使用无菌 注射器 带针 6	1ml	0.45*16mm RW LB	0.28	支	32600	是
15	一次性使用静脉	0.7（PE）	0.7	0.22	支	5325	是

	输液针 1						
16	一次性使用静脉输液针 2	0.55 (PE)	0.55	0.21	支	10400	是
17	一次性使用吸痰器		F10 (吸痰管)	2.1	支	634	是
18	含氯消毒剂浓度试纸	48 条/本; 20 本/盒	63mm*7mm (±2%)	175	盒	2	否

(二) 技术参数要求

序号	名称	技术参数要求
1	一次性使用袋式输液器 1	1. 分液袋有标尺, 标尺刻度线、刻度值清晰、完整、易于识别。其容量允差小于±10%。 2. 空气过滤器当气流以 50ml/min 的流量流过空气过滤器时, 对空气中 0.5um 以上微粒的有效滤除在 90%以上。 3. 输液器液体通道各组件间的连接, 不包括保护套能承受不小于 15N 的静拉力, 持续 15s。
2	一次性使用袋式输液器 2	
3	一次性使用输液器 带针 1	
4	一次性使用输液器 带针 2	
5	一次性使用输液器 带针 3	1. 输液器液体通道各组件间的连接, 不包括保护套能承受不小于 15N 的静拉力, 持续 15s。 2. 空气过滤器对空气中乳胶粒子的有效滤除率大于 80%。
6	一次性使用输液器 带针 4	
7	一次性使用无菌阴道扩张器	1. 扩阴器在自然闭合状态时, 上、下两叶应基本吻合, 上、下叶头端和左右偏移应不大于 2mm。 2. 扩张器扩张至最大档时, 施加 20N 作用力, 允许产生的变形量应该不大于 30mm。 3. 扩张器扩张至最大档时, 施加 30N 作用力, 任何部位不应滑脱, 裂纹或者断裂。 4. 扩张器采用环氧乙烷进行灭菌处理后, 环氧乙烷的残留量应不大于 10 μ g/g。
8	一次性使用配药用注射器	1. 适用于配制或抽吸药液。产品外观清洁、无微粒和异物, 且刻度清晰可见。针尖无毛刺、弯钩等缺陷。 2. 易于穿刺, 器身密合性良好无漏液现象。
9	一次性使用无菌注射器 带针 1	1. 适用于人体皮下、肌肉、静脉等注射药液, 抽取血液, 配制药液。注射针针尖锋利, 无毛刺、弯钩等缺陷。
10	一次性使用无菌注射器 带针 2	

11	一次性使用无菌注射器 带针 3	
12	一次性使用无菌注射器 带针 4	
13	一次性使用无菌注射器 带针 5	
14	一次性使用无菌注射器 带针 6	
15	一次性使用静脉输液针 1	1. 输液针软管与针柄及软管与连接座之间的连接能承受 15N 或伸长为 50% 的静态轴向拉力持续 10s，各连接处不松动或分离。
16	一次性使用静脉输液针 2	2. 输液针针柄与针管连接处施加 20N 的轴向静拉力持续 10s，不断开或松动。 3. 输液针内腔应有良好的密封性，从连接座锥孔通入高于大气压强 50kPa 的气压 10s 无泄漏。
17	一次性使用吸痰器	1、吸痰瓶的容量不小于 20mL。 2、吸痰管的基本尺寸 3.33mm。 3、负压管外径 4.2mm±0.5mm、最小内径 2.45mm、长度≥250mm。 4、吸痰器各连接处应能承受 15N 静拉力持续 15s 无脱落现象。 5、吸痰器的负压管、吸痰管均应承受不小于 40kPa 的负压 15s，吸痰管、负压管应耐弯曲性。 6、吸痰器上的吸痰管若有永久性连接真空装置，残留真空应不超过 0.33kPa。 7、吸痰器若经环氧乙烷灭菌，其环氧乙烷残留量应不大于 10 μg/g。
18	含氯消毒剂浓度试纸	1. 本品利用不同浓度的有效氯与吸附在滤纸上的化学物质反应，显示不同颜色的原理，与标准比色卡对照，读出被测含氯消毒剂中的有效氯浓度。 2. 适用于含氯消毒剂有效浓度的检测，检测有效氯浓度范围 0~2000mg/L。

★三、商务要求

1、服务期限：自合同签订之日起一年。

2、付款方式

按一季度一结的方式（结算金额以实际供应数量为准），供应商每季度 10 个工作日内将上一季度货款发票和对账单邮寄到南充市第四人民医院办公室，如遇特殊情况按南充市第四人民医院要求方式付款。

3、报价要求

（1）以产品在第五章“单价最高限价”作为计算基数，供应商以包为单位报一个固定结算比例，结算单价=结算比例×计算基数。

（2）挂网产品：成交价（即按结算比例计算后的价格）与每月动态调整的

最新挂网价执行就低不就高原则（成交价高于全省加权平均价的按全省加权平均价执行，成交价低于全省加权平均价的按成交价执行）。

（3）非挂网产品：以成交价执行；若非挂网产品后期调整为挂网产品，则按挂网产品的要求执行。

（4）当遇到国家或有关行政管理部门有新的规定或要求时，需按新的规定或价格执行。

4、配送要求：

（1）供应商在采购人下单后 5 个工作日内送货到采购人指定地点，如遇特殊紧急情况按采购人要求时间供货。

（2）供应商提供的产品质量及其标识必须符合最新的国家标准的规定，配送车辆必须符合相关规定。

（3）供应商对本项目配送产品从出厂到采购人使用结束全过程的各个环节，均按国家相关规定执行。

（4）须冷藏配送的货物，供应商需配备冷链配送车，配送全程须有冷链记录备查。

5、为配合医疗业务发展，采购人有权根据医院实际情况对配送产品的品种进行调整。

6、验收标准：供应商按照磋商文件、响应文件的技术参数、规格、型号和备注要求进行供货，到货之后南充市第四人民医院收货人和申购科室代表现场验货并确认签字。

7、售后服务要求：

（1）供应商配送的耗材出现质量问题，须在接用户单位通知后半小时内响应并在 3 小时内到现场，负责退换并承担相应费用，并对由此引起的医疗或法律纠纷完全负责，并全额赔偿由此引起的经济赔偿。

（2）供应商成交后按照配送服务合同规定的品牌、产地、质量、价格、规格、有效期及时供货。如成交后不能满足上述采购人需求，直接影响采购人工作，对采购人造成直接或间接经济损失及负面影响的，将停止供货，并按照相关法律及规定承担赔偿责任。

注：1、本章打“★”号的为本次磋商采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。

2、本章所包含的全部采购需求，在磋商过程中，磋商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组会及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。