

自贡市中医医院二极管阵列检测器采购项目

单
一
来
源
论
证
报
告

采购人：自贡市中医医院

论证日期：2025 年 12 月 3 日



单一来源采购专业人员论证意见

论证日期：2025 年 12 月 3 日

采购单位（盖章）	自贡市中医医院
项目名称	自贡市中医医院二极管阵列检测器采购项目
项目背景	因工作开展需要，自贡市中医医院需采购液相色谱仪相匹配的专用配件； 目前科室在使用的液相色谱仪品牌为安捷伦，型号 1260 infinity II，因配件无法满足目前工作需求，现需采购自贡市中医医院二极管阵列检测器采购项目一套。
申请单一来源采购理由	拟采用单一来源采购方式采购，理由如下： 1、医院现有美安捷伦公司生产的液相色谱仪，型号为 1260 infinity II，在药物制剂过程中需要使用与液相色谱仪相匹配的自贡市中医医院二极管阵列检测器采购项目。目前，其它生产厂家的自贡市中医医院二极管阵列检测器采购项目无法与医院现有液相色谱仪兼容使用，为确保数据准确，只能与现有的液相色谱仪生产厂家生产的关节镜相互兼容匹配使用，才能满足药物分析的正常工作。故产品具有唯一性。 2、因其结构及工作方式具有不可代替的专利、专有技术，只能安捷伦科技有限公司生产的自贡市中医医院二极管阵列检测器采购项目才能满足液相色谱仪的正常工作，安装第三方产品则会严重影响产品的性能，引起售后纠纷。 3、医院现有安捷伦 1260 Infinity II 四元泵、自动进样器、OpenLab CDS 工作站均与目标 DAD 检测器为同一生态设计，通信协议、延迟体积、光谱校正算法等参数封闭。若改用第三方检测器，存在数据审计追踪不合规的风险，故产品具有唯一性。 4、四川恒越源医疗器械有限公司是安捷伦科技（中国）有限公司在四川省内指定经销商，只能从四川恒越源医疗器械有限公司采购原厂配套的二极管阵列检测器，故该产品的进货渠道具有唯一性。 综上所述，自贡市中医医院二极管阵列检测器采购项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）款规定的“只能从唯一供应商处采购的”情形，同时符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条政府采购法第三十一条第一项规定情形，即“因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购”

	的要求，故拟采用单一来源方式开展采购，拟定供应商为四川恒越源医疗器械有限公司。经专业人员论证，此项目供应商来源具有唯一性，拟采用单一来源采购方式实施采购。				
专业人员论证意见	该情形符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定的“只能从唯一供应商处采购”的情形，建议单一来源采购。 专业人员签字：R晓军				
姓名	R晓军	职称	工程师	专业	技术
专业人员论证意见	二、报告所列拉沉小器，符合政府采购法第三十一条第一款规定，符合单一来源采购情形，建议单一来源采购。 专业人员签字：邹东				
姓名	邹东	职称	高级	专业	技术
专业人员论证意见	该情形符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定的“只能从唯一供应商处采购”的情形，建议采用单一来源采购 专业人员签字：王智程				
姓名	王智程	职称	高级	专业	技术

